



109 年 1-5 月 台 大 癌 醫 中 心 醫 療 器 材 試 用 結 果 一 覽 表

試用單號	品名	規格	廠牌/產地/廠商	財委會期別(開會日期)	審議結果
1911001 (新品試用)	"ConMed" WANG Transbronchial Aspiration Needle "康美"王式吸引生檢針	MW-122, 222, 322, 522; SW-121, 221, 521; W-220; MW, MWF-319/19G-22G, 13-15mm	CONMED/ 美國/ 春葺	第 4 次 (109.1.8)	適用
1911007 (新品試用)	"OLYMPUS" Aspiration Needle "奧林柏斯"單次使用抽吸生檢針	NA-U401SX-4025N 針徑 25G, 工作長度 700mm, 有側孔	OLYMPUS/ 日本/ 元利	第 5 次 (109.1.22)	適用
1912001 (新品試用)	"Cook" Echo Tip Procore Endobronchial High Definition Ultrasound Biopsy Needle "曲克"艾可梯超音波氣管取樣針	ECHO-HD-22-EBUS-0-C ECHO-HD-25-EBUS-0-C 針徑 22G, 25G	COOK/ IRELAND/ 采京	第 6 次 (109.2.14)	適用
1912002 (新品試用)	"ENDO-FLEX" Gastroenterology-urology biopsy instrument "福萊克斯"異物取出鉗	OD=2.6mm, length=230mm, blunt eyelets 5 prong; KT1322-G5	Endo-flex/ Germany/ 利和醫療	第 8 次 (109.3.25)	適用
1911003 (新品試用)	"OLYMPUS" Disposable Biopsy Forceps "奧林柏斯"拋棄式生檢鉗	工作長度 1150mm, FB-211D, 221D, 231D, 241D	OLYMPUS/ 日本/ 元利	第 9 次 (109.5.8)	適用

※廠商注意事項:(本表僅供通知用,郵件通知日期:109/7/16)

1. 請加蓋貴公司之公司章及負責人章並於109年7月24日前郵件回復台大癌醫中心總務組
2. 若為合約品項,因規格、型號、廠牌、產地等變更重新辦理試用,請於接獲適用結果通知後主動來文向本院申請辦理契約變更(契約完成變更前仍應依原合約品項之規定交貨)。
3. 新品品項經會議決議通過「適用」者,請貴公司準備「本試用結果通知表」、「許可證及仿單」、「報價單」、「健保/內含/自費等」相關資料,由使用單位視臨床需求提出請購單後方能引進後續在醫院內流程辦理編碼及採購作業
4. 經會議決議「適用」者,依本院消耗醫療器材試用要點第9條規定,如連續5年未曾採購使用,為確保消耗醫療器材之安全性、品質或效益等,本院得剔除該合格名單資格或要求廠商重新辦理試用。

(本處請蓋公司大小章後回傳)



109年7月台大癌醫中心醫療器材試用結果一覽表


試用單號	品名	規格	廠牌/產地/廠商	財委會期別(開會日期)	審議結果
1911005 (新品試用)	"OLYMPUS" Aspiration Needle "奧林柏斯"抽吸生檢針-外管	工作長度 1050mm MAJ-64	OLYMPUS/ 日本/ 元利	第 10 次 (109.7.10)	適用
1911006 (新品試用)	"OLYMPUS" Aspiration Needle "奧林柏斯"抽吸生檢針-內針	針徑 21G 針長 13mm 有側孔 MAJ-66	OLYMPUS/ 日本/ 元利	第 10 次 (109.7.10)	適用
2005001 (新品試用)	"OLYMPUS" Single Use Aspiration Needle NA-U403SX "奧林柏斯"單次使用抽吸生檢針	針徑19G 工作長度700mm, NA-U403SX-4019	OLYMPUS/ 美國/ 元利	第 10 次 (109.7.10)	適用

※廠商注意事項:(本表僅供通知用, 郵件通知日期:109/7/27)

1. 請加蓋貴公司之公司章及負責人章並於 109 年 7 月 31 日前郵件回復台大癌醫中心總務組
2. 若為合約品項, 因規格、型號、廠牌、產地等變更重新辦理試用, 請於接獲適用結果通知後主動來文向本院申請辦理契約變更(契約完成變更前仍應依原合約品項之規定交貨)。
3. 新品品項經會議決議通過「適用」者, 請貴公司準備「本試用結果通知表」、「許可證及仿單」、「報價單」、「健保/內含/自費等」相關資料, 由使用單位視臨床需求提出請購單後方能引進後續在醫院內流程辦理編碼及採購作業

4. 經會議決議「適用」者，依本院消耗醫療器材試用要點第9條規定，如連續5年未曾採購使用，為確保消耗醫療器材之安全性、品質或效益等，本院得剔除該合格名單資格或要求廠商重新辦理試用。

(本處請蓋公司大小章後回傳)



## 109 年 10 月 台大癌醫中心醫療器材試用結果一覽表

試用單號	品名	規格	廠牌/產地/廠商	財委會期別(開會日期)	審議結果
2002004 (新品試用)	"U. S. E" Polypectomy Snare "優勢益" 息肉切除環	外鞘直徑:2.4mm 外鞘長:230cm 00711113 00711019 00711018 00711121 00711119	US Endoscopy / USA / 艾柏	第 11 次 (109. 10. 12)	適用
2008001 (新品試用)	"Angiomed" Guide Wires "安吉美爾德" 導引導線	03410020 / 80cm x 0.035 inch 02310050 / 150cm x 0.035 inch 02290040 / 125cm x 0.032 inch	BARD/ GERMANY/ 巴德	第 11 次 (109. 10. 12)	適用

※廠商注意事項:(本表僅供通知用, 郵件通知日期:109/12/4)

1. 請加蓋貴公司之公司章及負責人章並於 109 年 12 月 9 日前郵件回復台大癌醫中心總務組
2. 若為合約品項, 因規格、型號、廠牌、產地等變更重新辦理試用, 請於接獲適用結果通知後主動來文向本院申請辦理契約變更(契約完成變更前仍應依原合約品項之規定交貨)。
3. 新品品項經會議決議通過「適用」者, 請貴公司準備「本試用結果通知表」、「許可證及仿單」、「報價單」、「健保/內含/自費等」相關資料, 由使用單位視臨床需求提出請購單後方能引進後續在醫院內流程辦理編碼及採購作業
4. 經會議決議「適用」者, 依本院消耗醫療器材試用要點第 9 條規定, 如連續 5 年未曾採購使用, 為確保消耗醫療器材之安全性、品質或效益等, 本院得剔除該合格名單資格或要求廠商重新辦理試用。
- 5.

(本處請蓋公司大小章後回傳)

